



دائرة اللوازم والمشتريات

عطاء رقم (40/2017.18)

Ventilator

2017, 2018



## عطاء توريد Ventilator

وثائق العطاء:

أ- الجزء الأول:

(1) دعوة العطاء

(2) الشروط والتعليمات التنظيمية للعطاء

(3) طريقة الدفع

ب- الجزء الثاني:

(1) جدول الكميات ومواصفات الفنية



## الجزء الأول (1)

إعلان طرح عطاء رقم (40/2017.18)Ventilator

تدعو الجامعة العربية الأمريكية الشركات المختصة الى المشاركة في العطاء المذكور أعلاه. يمكن الاستفسار أو الحصول على وثائق العطاء من دائرة اللوازم والمشتريات في الجامعة/ الصالة الرياضية المغلقة هاتف- 04 2418888- تحويلة 1488 فاكس 04 2510972 بريد الكتروني pnp@aauj.edu مقابل مبلغ غير مسترد مقداره (200 شيقل) تدفع في إحدى البنوك المعتمدة وذلك اعتباراً من الاربعاء الموافق 8/8/2018

ملاحظات :

1. تقديم عرضين: فني ومالي، وسيتم دراسة العروض فنياً ومالياً لاختيار العرض المناسب.
2. آخر موعد لتسليم العطاءات هو في تمام الساعة الثانية من يوم الاربعاء 22/8/2018 ولنفس المكان.
3. يجب تقديم كفالة دخول عطاء 5% من قيمة العطاء على شكل كفالة بنكية أو شيك بنكي مصدق لصالح الجامعة العربية الأمريكية .
4. الأسعار تشمل جميع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة وعلى المورد تقديم الفواتير الضريبية وشهادة خصم المصدر.
5. الجامعة غير ملزمة بأقل الأسعار وبدون إبداء الأسباب.
6. رسوم الاعلان على من يرسو عليه العطاء.



## (2) الشروط والتعليمات التنظيمية للطاء

1. على جميع المشاركين في العطاء الالتزام التام بهذه الشروط والتعليمات، وهي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من أي أمر شراء أو عقد يبرم مع المشارك الفائز ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك في أمر الشراء أو العقد.
2. في هذه الشروط والتعليمات يرمز إلى "الجامعة العربية الامريكية بالاختصار (AAUJ)".
3. يجب أن تكون الشركة المتقدمة للطاء مسجلة رسمياً ومشتغلاً مرخصاً.
4. تقدم الأسعار بالدولار شاملاً لجميع الضرائب بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة (VAT).
5. يلتزم المشارك الفائز بتقديم شهادات خصم المصدر والفواتير الضريبية اللازمة وأية مستندات قانونية أخرى تغطي عملية الشراء.
6. يجب أن تشمل الأسعار على جميع المصاريف المطلوبة من النقل والتركيب والتشغيل والفحص والصيانة والتدريب في المواقع المحددة في جدول المواصفات والكميات المرفق.
7. يجب أن تكون الأسعار المقدمة سارية المفعول لمدة لا تقل عن (90) يوماً من تاريخ تقديم العرض.
8. على المشارك الفائز تقديم كفالة حسن تنفيذ خلال أسبوع من تاريخ الاتفاقية بحيث تعادل (10%) من قيمة الاتفاقية على شكل كفالة بنكية صادرة عن إحدى البنوك العاملة في فلسطين أو شيك مصدق صادر لصالح "الجامعة العربية الامريكية".
9. إذا تخلف المناقص الفائز عن تقديم كفالة حسن التنفيذ عن الموعد المحدد في البند السابق فإنه يحق لـ (AAUJ) إلغاء الإحالة.
10. تعاد كفالة حسن التنفيذ بعد استكمال التوريد وجميع شروط العقد أو وأمر الشراء وبموجب الوثائق الأصولية اللازمة للاستلام.
11. على المشاركين في العطاء ارفاق كتالوجات عن المنتج.
12. يلتزم من يرسو عليه العطاء بدفع غرامة تأخير بواقع (1%) لكل أسبوع أو جزء من الأسبوع من قيمة الأعمال المنجزة عن الوقت المحدد في الاتفاقية، ويتم احتساب هذه الغرامات من الدفعات المستحقة له أو من كفالة حسن التنفيذ.
13. يحق لـ (AAUJ) إلغاء العطاء دون إبداء الأسباب كما أن (AAUJ) غير ملزمة بإحالة العطاء على أقل العروض سعراً دون إبداء الأسباب. ولها أن ترفض كل أو بعض العروض المقدمة لها دون أن يكون لأي من



- المشاركين الحق في الرجوع إليها بأي خسارة أو ضرر ناجم عن تقديم عرضه ولا يترتب على (AAUJ) أي التزامات مادية أو غير مادية مقابل ذلك.
14. يلتزم من يرسو عليه العطاء بتقديم كفالة بنكية (صيانة) بقيمة (5%) من قيمة الأعمال المنجزة صالحة لمدة عام من تاريخ تسليم الأعمال.
15. على المشارك في العطاء تقديم عرضه على أساس المواصفات الفنية المبينة في وثائق العطاء وبموجب الكميات المحددة في جدول الكميات المرفق.
16. لا يجوز للمشارك في العطاء أن يتنازل لأي طرف آخر عن كل أو جزء من أمر الشراء دون الحصول على إذن خطي من (AAUJ) مع الاحتفاظ بكامل حقوق (AAUJ) وفقاً لشروط أمر الشراء.
17. عند دراسة العروض يؤخذ بعين الاعتبار كفاءة المناقص من الناحيتين المالية والفنية وقدرته على الوفاء بالتزامات العطاء وخبرته في تقديم اللوازم المطلوبة والسمعة التجارية والتسهيلات التي يقدمها ويجوز استبعاد عرضه لنقص كل أو بعض هذه المتطلبات.
18. لا تقبل العروض أو التعديلات التي ترد بعد التاريخ والموعد المحدد كآخر موعد لتقديم العروض.
19. يجب تعبئة جداول المواصفات المرفقة و لن ينظر بأي عرض لا يلتزم بتعبئة الجداول.

- ❖ ويسمح بتقديم عرضان اثنان فقط كحد أقصى لكل بند
- ❖ يجب تقديم عرضي الاسعار الفني والمالي بنسختين: الأولى ورقية، والأخرى الكترونية (محوسية).
- ❖ تقديم العرضين المالي والفني الورقيين بالظرف المختوم، مع ضرورة وضع ختم الشركة والتوقيع على كل الصفحات (للعرض المالي بالذات)



(3)

## طريقة الدفع

خلال (90) يوماً من التوريد والقبول والاستلام النهائي، مقابل تقديم الكفالات المطلوبة.



الجزء الثاني**1. جدول الكميات والمواصفات الفنية****Ventilator**

**Brand Name**  
**origin (USA, Europe).**  
**3 years warranty.**

- \* **Patient:** adult , pediatric .
- \* **Microprocessor control.**
- \* **With color and clear screen 8'' display waveforms and monitored value .**
- \* **Measure display:**  
ventilation modes and waveforms , pressure ,flow volume, time ,oxygen , power and battery indicator , alarms settings and errors ,..
- \* **Setting value:**
  - Tidal 35 ml to 2000 ml .
  - inspiratory pressure up to 80 cm of H2O .
  - Inspiratory flow up to 120 lpm .
  - respiratory rate up to 80 bpm .
  - apnea (back up ventilation) .
  - PPEP/CPAP : 0 to 60 mbar .
  - pressure support .
  - FIO2 .
- \* **Ventilations modes:** Volume and pressure control , pressure support , SIMV with pressure support , assist/ control , BIPAP , CPAP , PEEP , Auto flow .
- \* **With mixer, humidifier ,patient circuits reusable adult / pediatric , holders for patient circuits , hoses BS Type , test lungs .**
- \* **With battery . 30 min. backup**
- \* **Portable with castors and brakes.**

- تلتزم الشركة بمعاينة الموقع وابداء جميع الملاحظات الازمة لتشغيل في العرض المقدم من حيث المساحة الكهربائية الهواء والماء والانترنت او اية ملاحظات تلتزم .
- السعر يشمل التركيب والتوريد .
- يجب ان يكون كاملا وجاهز للاستخدام .



<b><u>Ventilator</u></b>	<b><u>Compliance</u></b> <b><u>Yes / No</u></b> <b><u>( if no put</u></b> <b><u>your</u></b> <b><u>comments )</u></b>
<b><u>Manufacture</u></b>	<b><u>Manufacture</u></b>
<b><u>Model</u></b>	<b><u>Model</u></b>
<b><u>Warranty : 3 years .</u></b>	<b><u>Yes / No</u></b>
<b><u>Origin: USA. ERUOPE.</u></b>	<b><u>Yes / No</u></b>
<b><u>Delivery time</u></b>	<b><u>Yes / No</u></b>
* <b><i>Patient: adult , pediatric .</i></b>	<b><u>Yes / No</u></b>
* <b><i>Microprocessor control.</i></b>	<b><u>Yes / No</u></b>
* <b><i>With color and clear screen 8'' display waveforms and monitored value .</i></b>	<b><u>Yes / No</u></b>
* <b><i>Measure display:</i></b>	<b><u>Yes / No</u></b>
<i>ventilation modes and waveforms , pressure flow volume, time ,oxygen , power and battery indicator , alarms settings and errors ,...</i>	<b><u>Yes / No</u></b>
* <b><u>Setting value:</u></b>	<b><u>Yes / No</u></b>
▪ Tidal 35 ml to 2000 ml .	<b><u>Yes / No</u></b>
▪ inspiratory pressure up to 80 cm of H2O .	<b><u>Yes / No</u></b>
▪ Inspiratory flow up to 120 lpm .	<b><u>Yes / No</u></b>
▪ respiratory rate up to 80 bpm .	<b><u>Yes / No</u></b>
▪ apnea (back up ventilation) .	<b><u>Yes / No</u></b>
▪ PPEP/CPAP : 0 to 60 mbar .	<b><u>Yes / No</u></b>
▪ pressure support .	<b><u>Yes / No</u></b>
▪ FIO2 .	<b><u>Yes / No</u></b>
* <b><u>Ventilations modes:</u></b> Volume and pressure control , pressure support , SIMV with pressure support , assist/ control , BIPAP , CPAP , PEEP , Auto flow .	<b><u>Yes / No</u></b>
* <b><u>With mixer, humidifier ,patient circuits reusable adult / pediatric , holders for patient circuits , hoses BS Type , test lungs .</u></b>	<b><u>Yes / No</u></b>
* <b><u>With battery . 30 min. backup</u></b>	<b><u>Yes / No</u></b>
* <b><u>Portable with castors and brakes.</u></b>	<b><u>Yes / No</u></b>
* <b><u>Ventilations modes:</u></b> Volume and pressure control , pressure support , SIMV with pressure support , assist/ control , BIPAP , CPAP , PEEP , Auto flow .	<b><u>Yes / No</u></b>
<b><u>Complete system with all accessories .</u></b>	<b><u>Yes / No</u></b>
<b><u>Your warranty must be include all spare parts and labor .</u></b>	<b><u>Yes / No</u></b>
<b><u>Your warranty include at least two visits ( preventive maintenance ) in site for each year warranty from the date of the installation .</u></b>	<b><u>Yes / No</u></b>
<b><u>10 years Warranty for spare parts Availability from date of instillation</u></b>	<b><u>Yes / No</u></b>
<b><u>Price should be include installation and team training in site</u></b>	<b><u>Yes / No</u></b>
<b><u>Service &amp; operation manuals and spare parts list are included</u></b>	<b><u>Yes / No</u></b>
<b><u>Date of manufacturing system not less than 2018 .</u></b>	<b><u>Yes / No</u></b>
<b><u>هل لدى الشركة مهندس لديه الخبرة على صيانة الجهاز – يجب ذكر اسم مهندس</u></b>	<b><u>Yes / No</u></b>

