



دائرة اللوازم والمشتريات

عطاء رقم (T07 /2019.20)

Central Power suction for dental unit



2019-2020

عطاء Central Power suction for dental unit

وثائق العطاء:

أ- الجزء الأول:

(1) دعوة العطاء

(2) الشروط والتعليمات التنظيمية للعطاء

(3) طريقة الدفع

ب- الجزء الثاني:

(1) جدول الكميات والمواصفات الفنية



الجزء الأول (1)

إعلان طرح عطاء رقم (T07/2019.20)**Central Power suction for dental unit**

تدعو الجامعة العربية الأمريكية الشركات المختصة الى المشاركة في العطاء المذكور أعلاه. يمكن الاستفسار أو الحصول على وثائق العطاء من دائرة اللوازم والمشتريات في الجامعة/ مبنى الدوائر الإدارية الطابق الثاني، هاتف- 04 2418888- تحويلة 1488 فاكس 04 2510972 بريد الكتروني pnp@aaup.edu مقابل مبلغ غير مسترد مقداره 50 دولار امريكي تدفع في إحدى البنوك المعتمدة وذلك اعتباراً من يوم (الخميس) الموافق 2019/9/12.

ملاحظات :

1. تقديم عرضين: فني ومالي، وسيتم دراسة العروض فنياً ومالياً لاختيار العرض المناسب.
2. آخر موعد لتسليم العطاءات هو في تمام الساعة الثانية من يوم (السبت) 2019/9/28 ولنفس المكان.
3. يجب تقديم كفالة دخول عطاء 5% من قيمة العطاء على شكل كفالة بنكية أو شيك بنكي مصدق لصالح الجامعة العربية الأمريكية.
4. الأسعار (دولار الامريكى) وتشمل جميع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة وعلى المورد تقديم الفواتير الضريبية وشهادة خصم المصدر.
5. الجامعة غير ملزمة بأقل الأسعار وبدون إبداء الأسباب.
6. رسوم الاعلان على من يرسو عليه العطاء.



الشروط والتعليمات التنظيمية للعبء

(2)

1. على جميع المشاركين في العبء الالتزام التام بهذه الشروط والتعليمات، وهي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من أي أمر شراء أو عقد يبرم مع المشارك الفائز ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك في أمر الشراء أو العقد.
2. في هذه الشروط والتعليمات يرمز إلى "الجامعة العربية الأمريكية بالاختصار (AAUP)".
3. يجب أن تكون الشركة المتقدمة للعبء مسجلة رسمياً ومشتغلاً مرخصاً.
4. تقدم الأسعار (دولار الأمريكي) شاملاً لجميع الضرائب بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة (VAT).
5. يلتزم المشارك الفائز بتقديم شهادات خصم المصدر والفواتير الضريبية اللازمة وأية مستندات قانونية أخرى تغطي عملية الشراء.
6. يجب أن تشمل الأسعار على جميع المصاريف المطلوبة من النقل والتركيب والتشغيل والفحص والصيانة والتدريب في المواقع المحددة في جدول المواصفات والكميات المرفق.
7. يجب أن تكون الأسعار المقدمة سارية المفعول لمدة لا تقل عن (90) يوماً من تاريخ تقديم العرض.
8. على المشارك الفائز تقديم كفالة حسن تنفيذ خلال أسبوع من تاريخ الاتفاقية بحيث تعادل (10%) من قيمة الاتفاقية على شكل كفالة بنكية صادرة عن إحدى البنوك العاملة في فلسطين أو شيك مصدق صادر لصالح "الجامعة العربية الأمريكية".
9. إذا تخلف المناقص الفائز عن تقديم كفالة حسن التنفيذ عن الموعد المحدد في البند السابق فإنه يحق لـ (AAUP) إلغاء الإحالة.
10. تعاد كفالة حسن التنفيذ بعد استكمال التوريد وجميع شروط العقد أو وأمر الشراء وبموجب الوثائق الأصولية اللازمة للاستلام.
11. على المشاركين في العبء ارفاق كتالوجات عن المنتج.
12. يلتزم من يرسو عليه العبء بدفع غرامة تأخير بواقع (0.1%) عن كل يوم تأخير من قيمة الأعمال المنجزة عن الوقت المحدد في الاتفاقية، ويتم احتساب هذه الغرامات من الدفعات المستحقة له أو من كفالة حسن التنفيذ.
13. يحق لـ (AAUP) إلغاء العبء دون إبداء الأسباب كما أن (AAUP) غير ملزمة بإحالة العبء على أقل العروض سعراً دون إبداء الأسباب. ولها أن ترفض كل أو بعض العروض المقدمة لها دون أن يكون لأي من المشاركين الحق في الرجوع إليها بأي خسارة أو ضرر ناجم عن تقديم عرضه ولا يترتب على (AAUP) أي التزامات مادية أو غير مادية مقابل ذلك.
14. يلتزم من يرسو عليه العبء بتقديم كفالة بنكية (صيانة) بقيمة (5%) من قيمة الأعمال المنجزة صالحة لمدة عام من تاريخ تسليم الأعمال.



15. على المشارك في العطاء تقديم عرضه على أساس المواصفات الفنية المبينة في وثائق العطاء وبموجب الكميات المحددة في جدول الكميات المرفق.
16. لا يجوز للمشارك في العطاء أن يتنازل لأي طرف آخر عن كل أو جزء من أمر الشراء دون الحصول على إذن خطي من (AAUP) مع الاحتفاظ بكامل حقوق (AAUP) وفقاً لشروط أمر الشراء.
17. عند دراسة العروض يؤخذ بعين الاعتبار كفاءة المناقص من الناحيتين المالية والفنية وقدرته على الوفاء بالتزامات العطاء وخبرته في تقديم اللوازم المطلوبة والسمعة التجارية والتسهيلات التي يقدمها ويجوز استبعاد عرضه لنقص كل أو بعض هذه المتطلبات.
18. لا تقبل العروض أو التعديلات التي ترد بعد التاريخ والموعد المحدد كآخر موعد لتقديم العروض.
19. يجب تعبئة جداول المواصفات المرفقة و لن ينظر بأى عرض لا يلتزم بتعبئة الجداول.

- ❖ ويسمح بتقديم عرضان اثنان فقط كحد أقصى لكل بند
- ❖ يجب تقديم عرضي الاسعار الفني والمالي بنسختين: الأولى ورقية، والأخرى الكترونية (محوسية).
- ❖ تقديم العرضين المالي والفني الورقيين بالظرف المختوم، مع ضرورة وضع ختم الشركة والتوقيع على كل الصفحات (للعرض المالي بالذات)



(3)

طريقة الدفع

خلال (90) يوماً من التوريد والقبول والاستلام النهائي، مقابل تقديم الكفالات المطلوبة.



الجزء الثاني

1. جدول الكميات والمواصفات الفنية
Central Power suction for dental unit

No.	Product	Qty	Unit Price USD	Total Price USD
1A	Central Power suction for dental unit	1		
2B		1		
Total				

في حالة وجود استفسار يرجى تزويدنا بها من خلال البريد الالكتروني للرد عليها pnpp@aaup.edu



Central Power suction for dental unit

Item 1.A :

Brand name

warranty : 3 years .

origin : USA . Europe .

application : general dental units with surgery and prosthetics , maxilla ,

Wet suction

microprocessor control

100 % Motor duty cycle .

digital display .

With silencer

AIR flow rate 10,000 L/min

sound pressure less than : 75 db.

400 v 50 HZ

Up to 17 dental units working at same time .

Complete system with all accessories

10 years availability spare parts.

Service and user manuals.

- السعر يشمل التركيب والتوصيل للموقع الطابق الأرضي كلية طب الأسنان - رام الله الريحان .
- تلتزم الشركة بزيارة الموقع لأداء اية ملاحظة تلزم في عرض السعر من حيث الموقع والتمديدات الميكانيكية والكهرباء وغيرها و تتحمل الشركة الموردة المسؤولية في حال لم يتم الإشارة الى ذلك في عرض السعر المقدم .
- سوف يتم تحديد زيارة للموقع لشركات المعنية .
- التمديدات الموجودة يجب ان تأخذ بعين الاعتبار من حيث طريقة التوصيل والخيار الأنسب بناء على ما هو موجود وتوصيات العالمية علما بان الجهاز سوف يكون في تسوية الطابق الأرضي والكراسي ترتفع عنها مسافة تقريبيه



Central Power suction for dental unit	Compliance Yes / No (if no put your comments)
Manufacture	Manufacture
Model	Model
Warranty : 3 years 10 years availability spare parts.	Yes / No
origin : USA . Europe	Yes / No
Delivery time	Yes / No
application : general dental units with surgery and prosthetics , maxilla ,	Yes / No
Wet suction	
microprocessor control	Yes / No
100 % Motor duty cycle .	Yes / No
digital display .	Yes / No
With silencer	Yes / No
AIR flow rate 10,000 L/min	Yes / No
sound pressure less than : 75 db.	Yes / No
Up to 17 dental units working at same time .	Yes / No
Complete system with all accessories	Yes / No
Your warranty must be include all spare parts and labor .	Yes / No
Your warranty include at least two visits at least (preventive maintenance) in site for each year warranty from the date of the installation .	Yes / No
10 years Warranty for spare parts Availability from date of instillation	Yes / No
Price should be include installation	Yes / No
Service & operation manuals and spare parts list are included	Yes / No
Date of manufacturing system not less than 2019.	Yes / No



Central Power suction for dental unit

Item 1.b :

Brand name

warranty : 3 years .

origin : USA . Europe

application : general dental units with surgery and prosthetics , maxilla ,

Wet suction

microprocessor control

100 % Motor duty cycle .

digital display .

With silencer

AIR flow rate 10,000 L/min

sound pressure less than : 75 db.

400 v 50 HZ

Up to 32 dental units working at same time .

Complete system with all accessories

10 years availability spare parts.

Service and user manuals.

- السعر يشمل التركيب والتوصيل للموقع الطابق الأرضي كلية طب الأسنان - رام الله الريحان .
- تلتزم الشركة بزيارة الموقع لأداء اية ملاحظة تلزم في عرض السعر من حيث الموقع والتتمديدات الميكانيكية والكهرباء وغيرها و تتحمل الشركة الموردة المسؤولية في حال لم يتم الإشارة الى ذلك في عرض السعر المقدم .

التتمديدات الموجودة يجب ان تأخذ بعين الاعتبار من حيث طريقة التوصيل والخيار الأنسب بناء على ما هو موجود وتوصيات العالمية علما بان الجهاز سوف يكون في تسوية الطابق الأرضي والكراسي ترتفع عنها مسافة تقريبه 15 م .



Central Power suction for dental unit	Compliance Yes / No (if no put your comments)
Manufacture	Manufacture
Model	Model
Warranty : 3 years 10 years availability spare parts.	Yes / No
Origin: USA. ERUOPE.	Yes / No
Delivery time	Yes / No
application : general dental units with surgery and prosthetics , maxilla ,	Yes / No
Wet suction	
microprocessor control	Yes / No
100 % Motor duty cycle .	Yes / No
digital display .	Yes / No
With silencer	Yes / No
AIR flow rate 10,000 L/min	Yes / No
sound pressure less than : 75 db.	Yes / No
Up to 17 dental units working at same time .	Yes / No
Complete system with all accessories	Yes / No
Your warranty must be include all spare parts and labor .	Yes / No
Your warranty include at least two visits at least (preventive maintenance) in site for each warranty from the date of the installation .	Yes / No
10 years Warranty for spare parts Availability from date of instillation	Yes / No
Price should be include installation	Yes / No
Service & operation manuals and spare parts list are included	Yes / No
Date of manufacturing system not less than 2019.	Yes / No

